

ODPOWIEDZI (Wyjaśnienia) Na Pytania – Dotyczy postępowania Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/2020.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 poz. 1 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Prosimy o dopuszczenie testów do wykrywania takich samych narkotyków jak wymienione w SIWZ, o parametrach przewyższających w stosunku do testu opisanego aktualnie w SIWZ (o niższych progach czułości dla poszczególnych narkotyków), tj: amfetamina - 300ng/ml /opiaty - 100 ng/ml/ metamfetamina - 300 ng/ml/ kokaina – 100ng/ml/ THC – 25 ng/ml

Prosimy o uwzględnienie faktu, że próg wykrywanego stężenia amfetaminy w moczu na poziomie 500ng/ml może być niewystarczający do wykrycia tej substancji (zwłaszcza: po wielu godzinach od ostatniego użycia), gdyż już każde stężenie wyższe niż 300ng/ml jest uznawane za oznakę nadużywania tej substancji (prosimy o zapoznanie się z odpowiednim piśmiennictwem, np. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9788523>).

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o dopuszczenie jak na wstępie. **TAK**

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 poz. 2 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści równoważny test o następujących, przewyższających parametrach jeśli chodzi o wykrywanie syntetycznej marihuany (K2) w stosunku do testu opisanego aktualnie w SIWZ: ABP 10 ng/mL; CAT 150 ng/mL; MEP 100 ng/m; MDPV 1000 ng/mL; Spice/K2 25 ng/ml; FYL 20 ng/ml; α-PVP 1000 ng/ml? **TAK**
2. Czy Zamawiający dopuści test konfekcjonowany w opakowaniach zbiorczych x 25 szt. (każdy test w indywidualnej, szczelnie zamkniętej saszetce) – po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę? **TAK**
3. Czy Zamawiający dopuści test konfekcjonowany w indywidualnych opakowaniach x 1 szt. – po przeliczeniu liczby testów na odpowiednią liczbę opakowań? **TAK**

Prosimy o wyjaśnienie: do pakietu nr 13 – „Test kasetkowy na obecność antygeny SARS-COV-2”

1. Czy Zamawiający dopuści zestaw z wbudowaną kontrolą wewnętrzną w postaci prążka kontrolnego potwierdzającego wiarygodny wynik? **TAK**
2. Czy zamawiający dopuści wielkość opakowania 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zgodnym z zapotrzebowaniem Zamawiającego ? **TAK**
3. W związku z wymaganiem podłączenia analizatorów do systemu informatycznego „ Infomedica ”, zwracam się z prośbą o podanie danych firmy informatycznej obsługujących państwa placówkę, w zakresie podłączenia analizatorów do systemu informatycznego „ Infomedica”.

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów.

Pytania do pakietu nr 7 :

1. Dot. Formularz cenowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tabeli asortymentowo-cenowej kolumny z numerem katalogowym produktów? **TAK**

2. Dot. Formularz cenowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tabeli asortymentowo-cenowej kolumny z ceną netto za 1 pełne opakowanie handlowe oraz czy wyrazi zgodę na przeliczenie wartości oferty według wzoru: „cena za pełne opakowanie x ilość opakowań”? **TAK**

Uzasadnienie: Zmiana ma na celu usprawnienie procesu realizacji zamówień oraz pozwoli na zminimalizowanie błędów zarówno dotyczących pomyłek produktowych jak i cen jednostkowych widniejących na fakturze. W związku z zasadami pakowania produktu, nie ma możliwości zakupu 1 sztuki płytki czy testu, a na fakturze zawsze widnieje cena netto za 1 opakowanie handlowe.

3. Dot. „WYMAGANIA DOTYCZĄCE ANALIZATORA”: Czy zamawiający zgodzi się na odstąpienie od konieczności dostarczenia do analizatora drukarki? Aparat może funkcjonować bez drukarki. Wyniki zarówno kontroli, kalibracji jak i pacjentów są przechowywane w pamięci aparatu, mogą być również archiwizowane w zewnętrznym komputerze. Nie ma potrzeby drukowania ww. danych. **TAK**

Pytania do Umowy (Zał. 3b):

§2 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wykreślenie przedmiotowego zapisu ze względu na przymiot jego nieważności w świetle obowiązujących przepisów. Tak określony wymóg nie ma uzasadnienia w kontekście bieżących płatności i ich wymagalności w zw. z prawidłową realizacją dostawy. Mając powyższe na uwadze Wykonawca zwraca się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.

NIE. Powyższy zapis nie jest abuzywny. Jednocześnie podkreśla się, że kurier (przesyłka kurierska itp.) nie jest traktowany jako Podwykonawca i nic w przypadku korzystania z takiego typu usług nie trzeba Zamawiającemu udowadniać i przedstawiać jakichkolwiek dokumentów. Zapis ten ma zastosowanie wyłącznie w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług typowego podwykonawcy i przepisów ustawy Pzp określających relację w tym zakresie, pomiędzy: Zamawiającym – Wykonawcą – Podwykonawcą.

Pakiet Nr 1 – Koagulologia

1. Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania APTT oraz chlorku wapnia w opakowaniach o pojemności 5 ml ? **NIE**
2. Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania tromboplastyny w postaci liofilizatu ? **NIE**

Pakiet Nr 2 – badanie ogólne moczu

Zwracamy się z prośbą o podanie dostawcy sieci komputerowej funkcjonującej w laboratorium.

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów.

Patrz podobne pytanie – powyżej.

Pakiet Nr 6 – Elektrolity

1. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający określił wielkość opakowań w pakiecie nr 6 nie mając informacji jaki analizator zostanie zaoferowany w postępowaniu. Prosimy o wykreślenie wielkości opakowań i pozostawienie jedynie ilości jednostek miary.

Dopuszczamy inną ilość opakowań, po przeliczeniu na odpowiednią ilość odczynnika.

Pakiet Nr 7

1. Czy Zamawiający dopuści w poz.nr 3 – RPR Carbon zaoferowanie opakowania zawierającego 150 oznaczeń ? **TAK**