

1. Pakiet 13:

- a) Czy ze względu na test bez konieczności wyjmowania wymazówki z próbki z próbki ekstrakcyjnej? **TAK**
- b) Czy oferowany test musi spełniać wytyczne WHO odnośnie wykrywania antygenu w diagnostyce SARS-CoV-2 i posiadać status EUL WHO? **TAK**
- c) Czy oferowany test musi mieć możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i pozalaboratoryjnym? **TAK**
- d) Czy Zamawiający wymaga, aby do oferty przedłożyć metodykę wykonania testu? **TAK**