

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 16 i 17 wymaga korków karbowanych, które gwarantują szczelność? *- TAK*
4. Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 19 wymaga pipetek w pudełku kartonowym 500szt. z dozownikiem? *- TAK*

Dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający w pakiecie 11 w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaferowanie testu Multi Panel 7 o czułości dla MEP 100ng/ml i czułości dla CAT 150ng/ml? *- TAK*

Dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający w pakiecie 11 w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaferowanie testu Multi Panel 7 w opakowaniach po 25 testów w ilości 12 opakowań? *- TAK*