

PYTANIA - ciąg obelży

- 1) Pakiet nr 2 - Parametry wymagane - Czy Zamawiający dopuści czytnik do moczu z użyciem dwóch długości fal 525 nm i 635 nm? - TAK
- 2) Pakiet nr 2 - Parametry wymagane - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania czytnika do moczu z możliwością podłączenia go do komputera poprzez port USB? Nie wymaga możliwości podłączenia przez port USB
- 3) Pakiet nr 2 - Parametry wymagane - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czytnika bez automatycznej korekty wyników końcowych o niespecyficznego interferencji wywołanej przez pH, gęstość i barwę moczu? - TAK
- 4) Pakiet nr 10, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu w opakowaniu po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości? - TAK
- 5) Pakiet nr 10, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu o czułości diagnostycznej >99,9% i specyficzności 98,6%? - TAK
- 6) Pakiet nr 10, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu w opakowaniu po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości? - TAK
- 7) Pakiet nr 10, poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu różnicującego osobno toksynę A i osobno toksynę B na jednej membranie testowej? - TAK
- 8) Pakiet nr 10, poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu o czułości analitycznej dla toksyny A i dla toksyny B w stężeniu 0,75 ng/ml? - TAK
- 9) Pakiet nr 10, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów w opakowaniu po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości? - TAK
- 10) Pakiet nr 10, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu w opakowaniu po 250 oznaczeń z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości? - TAK
- 11) Pakiet nr 10, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów o czułości 50 ng/ml? - TAK
- 12) Pakiet nr 10, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści test do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciw HIV typu 1 i typu 2 w ludzkiej surowicy lub osoczu? - TAK
- 13) Pakiet nr 10, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści test o czułości 10 IU/ml w surowicy i w moczu? - TAK
- 14) Pakiet nr 11, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści panel multi 7, w którym czułość dla CAT wynosi 150 ng/ml i dla MEP wynosi 100 ng/ml? - TAK
- 15) Pakiet nr 11, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści immunochromatograficzny test kasetkowy? - TAK